

**Compact Dry YM medium for yeast and mould / Medium für Hefe und Schimmelpilze / milieu pour levure et moisissures / medio para hongos y moho / medio per fermenti e muffe / meio para levedura e fungos**

100 plates/Platten/plaques/placas/lastre/placas

Art-No. HS8801

40 plates/Platten/plaques/placas/lastre/placas

Art-No. HS8802

English	Deutsch	Français
<b>Compact Dry YM is a ready to use, chromogenic plate for detection of yeasts and moulds</b>	<b>Compact Dry YM ist eine gebrauchsfertige, chromogene Platte zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen</b>	<b>Compact Dry YM est une plaque chromogène prête à l'utilisation pour détecter la levure et les moisissures</b>
<b>Sample pretreatment</b>	<b>Probenvorbereitung</b>	<b>Traitement préliminaire de l'échantillon</b>
<b>Viable count in water or liquid foodstuff</b> Drop 1 ml of specimen (dilute if necessary) on the middle of the Compact Dry plate.	<b>Lebendkeimzahl in Wasser oder flüssigen Lebensmitteln</b> 1 ml der Probe (evtl. verdünnen) in der Mitte der Compact Dry Platte aufbringen.	<b>Nombre de germes revivifiables dans l'eau ou dans des aliments liquides</b> Appliquer 1 ml de l'échantillon (le diluer si nécessaire) au centre de la plaque Compact Dry.
<b>Viable count in solid foodstuff</b> Add buffer solution to the sample and homogenize by stomacher®. Drop 1 ml of specimen (dilute if necessary) on the middle of the dry sheet of the Compact Dry plate.	<b>Lebendkeimzahl in festen Lebensmitteln</b> Zugabe von Pufferlösung und Homogenisierung der Lebensmittelprobe im Stomacher® ist erforderlich. 1 ml der Probe (evtl. verdünnen) in der Mitte der Compact Dry Platte aufbringen.	<b>Nombre de germes revivifiables dans des aliments solides</b> Il est nécessaire d'ajouter une solution tampon à l'échantillon et de l'homogénéiser par Stomacher®. Appliquer 1 ml de l'échantillon (le diluer si nécessaire) au centre de la plaque Compact Dry.
<b>Viable count in swab test specimen</b> Use a steril wet swab to wipe the surface which should be analyzed and put it back into the device with wiping solution. Drop 1 ml of wiping solution (dilute if necessary) on the middle of the Compact Dry plate. Use the Compact Dry Swab (Art. No. ZCS1002953, content 40 pcs) as single application (1 ml) or Promedia ST-25 (Art. No. Z0302, content 10 pcs) as multiple application (10 ml) for this procedure.	<b>Lebendkeimzahl aus Tupfer-Proben</b> Die zu untersuchende Oberfläche wird mit einem sterilen, feuchten Wattetupfer abgewischt. Der Tupfer wird zurück in die Aufnahmeflüssigkeit überführt. Nach Schütteln wird 1 ml der Lösung (Lösung bei Bedarf verdünnen) in der Mitte der Compact Dry Platte aufgebracht. Hierzu kann der Compact Dry Swab (Art. Nr. ZCS1002953, Inhalt 40 Stück) als Einzelanwendung (1 ml) oder der Promedia ST-25 (Art. Nr. Z0302, Inhalt 10 Stück) als Mehrfachanwendung (10 ml) eingesetzt werden.	<b>Nombre de germes revivifiables dans des échantillons prélevés</b> Utiliser un écouvillon stérile et humidifié pour frotter la surface à analyser, puis le remettre dans le dispositif avec la solution de prélèvement. Déposer 1 ml de solution de prélèvement (diluer si nécessaire) au centre de la plaque Compact Dry. Utilisez le Compact Dry Swab (art. N° ZCS1002953, 40 pièces) pour une application unique (1 m) ou le Promedia ST-25 (art. N° Z0302, 10 pièces) pour une application multiple (10 ml).
<b>Test instructions</b> 1. Open the cap and drop 1 ml of specimen on the middle of the Compact Dry plate. 2. Specimen diffuses automatically and evenly into the sheet and transforms the dried sheet into a gel within seconds. 3. Put the cap again on the plate and write the information needed on the memorandum section. 4. Turn over the capped plate and put in the incubator. 5. After incubation count the number of colored colonies underneath the plate. White paper placed under the plate helps to count the colonies.	<b>Testanweisung</b> 1. Öffnen des Deckels und Auftröpfen von 1 ml Probenmaterial in die Mitte der Compact Dry Platte. 2. Das Probenmaterial diffundiert automatisch und gleichmäßig in die Nährsubstanz und rehydratiert das Gewebe innerhalb von Sekunden zu einem Gel. 3. Platte mit Deckel verschließen und beschriftbare Fläche zur Kennzeichnung verwenden. 4. Geschlossene Platte umdrehen und in einen Brutschrank legen. 5. Nach Inkubation die Anzahl der farbigen Kolonien von der Rückseite der Platte her zählen. Ein weißes Papier als Unterlage erleichtert den Zählvorgang.	<b>Instructions pour le test</b> 1. Ouvrir le couvercle et appliquer 1 ml de l'échantillon sur la plaque Compact Dry. 2. L'échantillon se répand automatiquement et uniformément sur la feuille et en l'espace de quelques secondes, il transforme la feuille sèche en un gel. 3. Refermer le couvercle de la plaque et inscrire les informations nécessaires dans la partie correspondante. 4. Retourner la plaque fermée et la placer dans l'incubateur. 5. Après le temps d'incubation, compter le nombre de colonies de couleur au dos de la plaque. Les colonies peuvent être comptées plus simplement en plaçant du papier blanc sous la plaque.
<b>Incubation time</b> 3 - 7 days <b>Incubation temperature</b> 25 - 30 °C	<b>Inkubationszeit</b> 3 - 7 Tage <b>Inkubationstemperatur</b> 25 - 30 °C	<b>Temps d'incubation</b> 3 - 7 jours <b>Température d'incubation</b> 25 - 30 °C
<b>Interpretation of the results</b> Blue colored colonies indicate yeasts. Mold form cottony colonies with characteristic colors.	<b>Interpretation des Ergebnisses</b> Blaue Kolonien weisen auf Hefen hin. Schimmelpilze bilden flaumige Kolonien mit typischer Färbung aus.	<b>Interprétation des résultats</b> Des colonies de couleur bleue indiquent la présence de levure. Les moisissures forment des colonies d'uveteuses à couleurs typiques.
<b>Storage and shelf life</b> Keep at room temperature (+ 1 to + 30 °C). Total shelf life 18 months after manufacturing.	<b>Lagerung und Haltbarkeit</b> Bei Raumtemperatur aufbewahren (+ 1 bis + 30 °C). Haltbarkeit bis 18 Monate nach Herstellung.	<b>Stockage et durée de conservation</b> Stockage à température ambiante (+ 1 à + 30 °C). Durée totale de conservation 18 mois après fabrication.
<b>Notes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Some yeasts do not form blue colonies.</li> <li>• Antibiotics in the medium inhibit the growth of bacteria.</li> <li>• High concentrations on plates (&gt; 300 cfu) will cause the entire growth area to become green / blue. In this case dilute the sample.</li> <li>• After use please follow the current disposal regulations.</li> <li>• The growth area is 20 cm². The back of the plate has a grid carved of 1 cm x 1 cm to make the colony counting easier. In case of any difficulties to count colonies due to large number of colonies grown, total viable count can be obtained by multiplying 20 by an average number of colonies per grid counted from several grids.</li> <li>• Compact Dry plates are produced at an ISO 9001 / ISO 13485 certified site.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AOAC PTM approval No. 100401</li> <li>• MicroVal approval No. RQA2008LR10</li> <li>• NordVal approval No. 043</li> </ul>	<b>Bemerkungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einige Hefen bilden andersfarbige Kolonien.</li> <li>• Antibiotika im Medium unterdrückt das Wachstum von Bakterien.</li> <li>• Compact Dry Platten können bis zu 300 Kolonien (KBE) pro Platte nachweisen. Höhere Konzentrationen (&gt; 300 KBE) können eine einheitliche Grün / Blaufärbung der Platte verursachen. In diesem Fall ist eine weitere Verdünnung der Probe nötig.</li> <li>• Nach Gebrauch entsprechend der gültigen Abfallregelung die Platten entsorgen.</li> <li>• Die Plattenfläche beträgt 20 cm². Auf der Plattenrückseite ist ein Raster mit 1cm x 1cm eingraviert, um die Koloniezählung zu erleichtern. Sollte es problematisch sein auf Grund hoher Koloniedichte eine ganze Platte auszuzählen, sind einzelne Quadrate auszählen und der Mittelwert mit 20 zu multiplizieren.</li> <li>• Compact Dry Platten werden in einem ISO 9001 / ISO 13485 zertifizierten Betrieb gefertigt.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AOAC PTM Approval Nr. 100401</li> <li>• MicroVal Approval Nr. RQA2008LR10</li> <li>• NordVal Approval Nr. 043</li> </ul>	<b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certaines levures ne forment pas de colonies bleues.</li> <li>• La présence d'antibiotiques dans le milieu empêche la croissance des bactéries.</li> <li>• Des concentrations élevées sur les plaques (&gt; 300 cfu) entraînent une coloration bleu / vert de toute la surface. Dans un tel cas, il faut diluer l'échantillon.</li> <li>• Après l'utilisation, éliminer les plaques en respectant les règlements correspondants en vigueur.</li> <li>• La surface de la plaque est de 20 cm². Une grille de 1 cm x 1 cm est taillée dans le dos de la plaque afin de faciliter le calcul des colonies. S'il est toutefois difficile de compter le nombre de colonies, suite à un grand nombre de colonies, il est possible de déterminer le nombre total de germes revivifiables dans certains carrés de la grille et d'en multiplier par 20 la valeur moyenne obtenue.</li> <li>• Les plaques Compact Dry sont fabriquées dans une usine certifiée conforme à ISO 9001 / ISO 13485.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AOAC PTM approval No. 100401</li> <li>• MicroVal approval No. RQA2008LR10</li> <li>• NordVal approval No. 043</li> </ul>

## Español

## Italiano

## Portugues

<b>Compact Dry YM es una placa cromogenica lista para usar para la detección de hongos y moho</b>	<b>Compact Dry YM è una lastra cromogenica pronta all'uso indicata per l'individuazione di fermenti e muffe</b>	<b>Compact Dry YM é uma placa cromogénica pronta a utilizar para a detecção de leveduras e fungos</b>
<b>Tratamiento previo de las muestras</b>	<b>Pretrattamento dei campioni</b>	<b>Tratamento prévio das amostras</b>
<b>Cantidad de gérmenes vivos en el agua o en alimentos líquidos</b>	<b>Conta vitale nell'acqua o nei prodotti alimentari liquidi</b>	<b>Contagem de germes vivos em água ou alimentos líquidos</b>
Aplique 1 ml de la muestra (diluyala en caso necesario) en el centro de la placa Compact Dry.	Depositare 1 ml di preparato da esame (diluire se necessario) al centro della lastra Compact Dry.	Aplicar 1 ml da amostra (diluída, se necessário) no centro da placa Compact Dry.
<b>Cantidad de gérmenes vivos en alimentos sólidos</b>	<b>Conta vitale nei prodotti alimentari solidi</b>	<b>Contagem de germes vivos em alimentos sólidos</b>
Agregue una solución búfer a la prueba y homogeneícela en el Stomacher®. Aplique 1 ml de la muestra (diluyala en caso necesario) en el centro de la lámina seca de la placa Compact Dry.	Aggiungere della soluzione tampone al campione e omogeneizzare mediante stomacher®. Depositare 1 ml di preparato da esame (diluire se necessario) al centro del foglio asciutto della lastra Compact Dry.	Junta solução tampão à amostra e homogeneíze com o stomacher®. Aplicar 1 ml da amostra (diluída, se necessário) no centro da folha seca da placa Compact Dry.
<b>Cantidad de gérmenes vivos en la muestra de la prueba de hisopo</b>	<b>Conta vitale nei preparati da esame per Swab Test</b>	<b>Contagem de germes vivos em amostras de mechas de ensaio</b>
Empleando una torunda estéril humedecida, frotar la superficie que debe analizar y volver a colocar la torunda en el tubo que contiene la solución para toma de muestra. Dispensar 1 ml de solución para toma de muestra (si es necesario, diluir) en el centro de la placa Compact Dry. Para una sola determinación (1 ml) utilice el Compact Dry Swab (Art. No. ZCS1002953, pack de 40 unidades) o Promedia ST-25 (Art. No. Z0302, pack de 10 unidades) si necesita hacer múltiples determinaciones (10 ml) empleando este procedimiento de toma de muestras.	Usare un tampone bagnato sterile per strofinare la superficie che deve essere analizzata e rimetterlo nel dispositivo con la soluzione di prelievo. Deporre 1 ml della soluzione di prelievo (diluire se necessario) al centro della piastra Compact Dry. Utilizzare Compact Dry Swab (Art. No. ZCS1002953, 40 pezzi) come applicazione singola (1 ml) oppure Promedia ST-25 (Art. No. Z0302, 10 pezzi) come applicazione multipla (10 ml) di questa procedura.	A superfície a ser examinada deve ser limpa com uma mecha de algodão estéril e úmida, a qual deve retornar à solução eluente. Após agitação, aplicar 1 mL da solução (se necessário, dilua a solução), no meio da placa Compact Dry. Use o Compact Dry Swab (código ZCS1002953, contendo 40 unidades) como aplicação única (1 ml) ou Promedia ST-25 (código Z0302, contendo 10 unidades) como aplicação múltipla (10 ml) para este procedimento.
<b>Instrucciones para la prueba</b>	<b>Istruzioni per il test</b>	<b>Instruções de ensaio</b>
1. Abra la cubierta y deje caer una gota de la muestra sobre la parte central de la placa Compact Dry. 2. La muestra se dispersa automática y homogéneamente sobre la lámina, y transforma la lámina seca en un gel en pocos segundos. 3. Vuelva a colocar la cubierta sobre la placa y anote la información necesaria en la sección de memorando. 4. Gire la placa cerrada y colóquela en la incubadora. 5. Después de la incubación, cuente el número de colonias coloreadas en la parte posterior de la placa. El papel blanco colocado debajo de la placa le ayudará a contar las colonias.	1. Aprire il coperchio e depositare 1 ml di preparato da esame (diluire se necessario) al centro della lastra Compact Dry. 2. Il preparato si espande automaticamente in modo uniforme nel foglio, trasformandolo in un gel nell'arco di qualche secondo. 3. Riposizionare il coperchio sulla lastra e scrivere le informazioni necessarie nella sezione promemoria. 4. Ribaltare la lastra chiusa e posizionarla nell'incubatrice. 5. Al termine dell'incubazione, contare il numero di colonie colorate sul lato posteriore della lastra. Per agevolare la conta delle colonie, collocare la lastra su un foglio di carta bianca.	1. Abra a tampa e aplique 1 ml de amostra no centro da placa Compact Dry. 2. A amostra espalha-se automatica e uniformemente pela folha e transforma a folha seca em segundos num gel. 3. Volte a colocar a tampa na placa e registe as informações necessárias na área de inscrição. 4. Volte a placa fechada e coloque-a numa incubadora. 5. Após a incubação, conte o número de colónias a partir da parte de trás da placa. Uma folha branca colocada por baixo da placa ajuda na contagem das colónias.
<b>Tiempo de incubación</b> 3 - 7 días <b>Temperatura de incubación</b> 25 - 30 °C	<b>Tempo d'incubazione</b> 3 - 7 giorni <b>Temperatura d'incubazione</b> 25 - 30 °C	<b>Tempo de incubação</b> 3 - 7 dias <b>Temperatura de Incubação</b> 25 - 30 °C
<b>Interpretación de resultados</b> Las levaduras desarrollaran colonias de color azul. Los hongos desarrollaran colonias algodonosas del color característico del hongo.	<b>Interpretazione dei risultati</b> Colonie colorate in blu indicano lieviti. Le muffe formano colonie cotonose di caratteristici colori.	<b>Interpretação dos resultados</b> Colónias azuis indicam leveduras. Fungos com aspecto de flocos de algodão com cores características.
<b>Conservación y vida en almacenaje</b> Consérvese a temperatura ambiente (+ 1 a + 30 °C). Vida en almacenaje total después de la fabricación: 18 meses.	<b>Conservazione e durata</b> Conservare a temperatura ambiente (da + 1 a + 30 °C). Il limite di conservazione è di 18 mesi dalla data di produzione.	<b>Armazenagem e tempo de validade</b> Mantenha à temperatura interior (+ 1 a + 30 °C). O tempo de validade é de 18 meses após o fabrico.
<b>Notas</b>	<b>Note</b>	<b>Notas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Algunos hongos no forman colonias azules.</li> <li>Los antibióticos que se encuentren en los medios inhiben el crecimiento de las bacterias.</li> <li>Las altas concentraciones en las placas (&gt; 300 cfu) hacen que toda el área de crecimiento se vuelva azul / verde. En este caso, diluya la muestra.</li> <li>Después del uso, tenga en cuenta las regulaciones vigentes sobre la eliminación de residuos.</li> <li>El área de crecimiento es de 20 cm². En la parte posterior de la placa hay una cuadrícula de 1 cm x 1 cm, gravada para facilitar el recuento de las colonias. Si tiene dificultades en contar las colonias debido a que existe un gran número de ellas, el recuento total de gérmenes vivos se puede obtener multiplicando por 20 el número promedio de colonias por cuadrícula de varias cuadrículas.</li> <li>Las placas Compact Dry se producen en una ubicación certificada según ISO 9001 / ISO 13485.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcuni fermenti non formano colonie di colore blu.</li> <li>Eventuali antibiotici presenti nel brodo di coltura inibiscono la crescita dei batteri.</li> <li>Un'alta concentrazione sulle lastre (&gt; 300 cfu) comporta una colorazione verde / azzurro dell'intera area di coltivazione. In questo caso è necessario diluire il campione.</li> <li>Dopo l'uso, rispettare le leggi in vigore sullo smaltimento dei rifiuti.</li> <li>L'area di coltivazione è di 20 cm². Il lato posteriore della lastra è dotato di griglia intagliata da 1 cm x 1 cm per agevolare la conta delle colonie. In caso di difficoltà nella conta causate dalla presenza di un alto numero di colonie, è possibile ottenere la conta vitale complessiva moltiplicando 20 per una media di colonie per griglia ricavata da più griglie.</li> <li>I prodotti Compact Dry sono fabbricati in uno stabilimento con certificazione ISO 9001 / ISO 13485.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algumas leveduras não geram colónias azuis.</li> <li>Antibióticos no meio inibem o crescimento de bactérias.</li> <li>Com elevadas concentrações nas placas (&gt; 300 cfu), toda a área de crescimento ficará verde / azul. Neste caso, dilua a amostra.</li> <li>Após o uso, por favor cumpra as regulamentações em vigor para a eliminação das placas.</li> <li>A área de crescimento é de 20 cm². O verso da placa tem gravado um retículo de 1 cm x 1 cm para facilitar a contagem das colónias. Em caso de dificuldades na contagem das colónias devido ao elevado número de colónias desenvolvidas, a contagem dos gérmenes vivos poderá ser obtida multiplicando por 20 um número médio de colónias por retículo contados em diversos retículos.</li> <li>As placas Compact Dry são produzidas numa empresa com certificação ISO 9001 / ISO 13485.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AOAC PTM approval No. 100401</li> <li>MicroVal approval No. RQA2008LR10</li> <li>NordVal approval No. 043</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AOAC PTM approval No. 100401</li> <li>MicroVal approval No. RQA2008LR10</li> <li>NordVal approval No. 043</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AOAC PTM approval No. 100401</li> <li>MicroVal approval No. RQA2008LR10</li> <li>NordVal approval No. 043</li> </ul>